



PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LA BATERÍA DE CADD PRIZM

Nota: Si la luz amarilla y verde en la esquina superior derecha de la bomba comienza a parpadear, y aparece un mensaje que dice **“9-volt Battery Low” (batería de 9 voltios baja)** o **“9-volt Battery Depleted” (batería de 9 voltios agotada)** o **“Battery Low” (batería baja)** en la pantalla, debe cambiar la batería. Use una batería de 9 voltios alcalina o de litio.

INSUMOS NECESARIOS:

- Batería de 9 voltios

PROCEDIMIENTO:

1. Detenga la bomba CADD Prizm. Oprima la tecla **“STOP/START” (DETENER/ENCENDER)**. Cuando vea **“Stop the Pump?” (¿Detener la bomba?)**, oprima **“Y” (Sí)**.
2. Oprima el botón en la puerta de la batería y deslice la puerta de la batería hacia adelante. Retire la batería usada.
3. Haga coincidir las marcas **+** y **-** en la nueva batería con las marcas en la bomba. Inserte la nueva batería. La bomba hará un bip si la batería se insertó correctamente.
4. Vuelva a colocar la puerta de la batería. La bomba se encenderá automáticamente.
5. Reinicie la bomba. Oprima la tecla **“STOP/START” (DETENER/ENCENDER)**. Cuando vea **“Start the Pump?” (¿Encender la bomba?)**, oprima **“Y” (Sí)**.
6. Aparecerá **“Starting pump” (Encendiendo la bomba)** en la pantalla principal. La bomba se revisará automáticamente y mostrará los ajustes preprogramados.
7. Aparecerá **“Running” (Funcionando)** en la pantalla, la luz verde estará encendida de forma intermitente y la administración de la medicación comenzará.
8. Coloque la bomba CADD Prizm nuevamente en la bolsa de transporte.