

## Información sobre la mochila de 3 litros

Si tiene alguna pregunta o inquietud durante la administración de su medicamento, llame al 1-800-755-4704. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de una emergencia, siempre llame al 911.

Los diagramas que siguen las instrucciones de uso se encuentran en las siguientes páginas.

### Mochila de 3 litros *Instrucciones de uso*

Para uso con bombas de infusión en las series CADD-Legacy®, CADD-Prizm® y CADD®-Solis. No es compatible con las bombas CADD-MS®3.

Esta guía se refiere únicamente al uso de la mochila. Para obtener instrucciones, especificaciones, advertencias, garantía e información adicional en forma detallada sobre cómo activar las bombas CADD® o utilizar los accesorios mencionados en esta guía, consulte el *Manual del operador* o las *Instrucciones de uso* suministrados con cada producto.

#### Cómo armar los componentes del sistema dentro de la mochila

Coloque la mochila abierta en una superficie plana (1). Abra las solapas 1-4. Asegure el recipiente de líquido en el lado derecho de la mochila introduciendo la correa por la ranura en la parte superior del recipiente y luego, a través de la hebilla abierta. Cierre la hebilla (2). Cierre las solapas alrededor de la bolsa en su orden de numeración [1 - 4, (3)].

#### Cómo asegurar la bomba

Fije un conjunto de administración CADD® en la bomba e inserte la bomba en el bolsillo de plástico claro (1). La pantalla y el teclado deben ser visibles en la ventana del bolsillo. Envuelva la correa de sujeción alrededor del fondo de la bomba y asegúrela al bolsillo de la bomba.

#### Cómo asegurar la unidad de alimentación

La unidad de alimentación se utiliza únicamente con las bombas de la serie CADD-Prizm®. Coloque la unidad de alimentación (con la etiqueta hacia arriba) en el bolsillo de tela al lado de la bomba (4). Asegure la correa del fondo a la cinta de fijación en el bolsillo de la unidad de alimentación. Introduzca el cable de la unidad de la alimentación a través del anillo situado entre los bolsillos. Conecte el cable de la unidad de alimentación a la bomba.

#### Asegure el filtro (si corresponde)

Coloque el filtro en posición horizontal entre las dos correas de sujeción exactamente encima de la unidad de alimentación y de la bomba (1). Asegure las correas alrededor de las sondas en ambos extremos del filtro.

#### Cómo enrutar las sondas a través de la salida de las sondas

Enrute las sondas del conjunto de administración a través de la salida de las sondas (1).

#### Cómo asegurar las sondas del conjunto de administración en exceso

Asegure las sondas del conjunto de administración en exceso utilizando las correas de sujeción situadas en el lado superior izquierdo de la mochila (1). Tenga cuidado de no torcer las sondas. Utilice las cremalleras para cerrar la mochila, asegurándose de no agarrar la bolsa ni las sondas en la cremallera.

### Cómo ver la bomba durante la administración no ambulatoria

Descomprima el compartimiento que está al frente de la mochila y redireccione las sondas del conjunto de administración a fin de ver la bomba durante el suministro no ambulatorio (4).

### Cómo llevar puesta la mochila

Enganche las correas de hombro en los triángulos de plástico situados a los costados de la mochila. Deslice las hombreras en los brazos del paciente y ajuste las correas hasta que le quede. Ajuste el cinturón hasta donde le quede y asegure la hebilla del cinturón (5).

### Cómo bloquear la mochila (opcional)

Se puede asegurar las lengüetas de la cremallera con cualquier candado

#### (6). ADVERTENCIA:

- Evite dejar caer la bomba o golpearla contra una superficie dura, ya que ello podría hacer que el casete se desprenda, la cubierta de la pila se desprenda o afloje o que se dañe la pantalla de cristal líquido (LCD). Si se desprende el casete, podría haber un flujo sin control del medicamento desde el depósito o podría haber un reflujo de sangre, lo que ocasionaría la muerte o lesiones serias en el paciente. Si se cae o afloja el compartimiento de la pila, es posible que la batería no esté asegurada correctamente; eso podría ocasionar fallas de energía o que no se administre el medicamento y, dependiendo del tipo de medicamento que se administre, lesiones graves o la muerte. Los daños en la LCD podrían ocasionar que se muestre la información inadecuada.
- Si la bomba se deja caer o se golpea, retírela de la mochila e inspecciónela para asegurarse de que el casete ni el compartimiento de la pila se hayan desprendido. El procedimiento de la inspección debe incluir cerrar la abrazadera de las sondas, desprender el casete y revisar las bisagras, y examinar los clips del compartimiento de la pila para asegurarse de que no estén rotos. También debe encenderse la bomba y examinar si hay rayas en la pantalla. Si parece que hay algún daño, el paciente debe comunicarse de inmediato con su proveedor de atención médica, la bomba debe dejarse de usar y habrá que comunicarse con Smiths Medical para pedir la autorización de la devolución. Si parece que no hay ningún daño, vuelva a fijar el casete siguiendo las instrucciones que aparecen en el Manual del operador.
- Para evitar el flujo sin control de medicamento, utilice un conjunto de extensión CADD® con válvula antisifón, un conjunto de administración CADD® con válvula antisifón integrada o un conjunto de administración CADD™ con una válvula antisifón accesoria adjuntada o un conjunto con protección FlowStop de libre flujo.
- Verifique que la alarma de la bomba se pueda escuchar. El volumen de la bomba podría verse reducido dentro de la mochila, lo que podría ocasionar lesiones graves o la muerte del paciente.



